

FICHA TÉCNICA

MEDIDOR DE PH Y CLORO PARA PISCINA, SPA



Probador de cloro Residual CL2 portátil 2 en 1 medidor de cloro PH PC-102 dispositivo de prueba de calidad del agua de cloro PH para acuario de piscina, spa. control piscinas, etc, determina la calidad de agua en resultados de cloro y Ph.

DATO GENERAL.

- Marca: KEDIDA
- Modelo: PC102
- Cod. Int.: 18000

ESPECIFICACIONES

- Color blanco
- Material: plástico
- Fuente de alimentación: 1 * batería alcalina AA de 1,5 V
- El nivel de cloro recomendado para piscinas y spa es de 1,2 a 1,7 ppm.
- El nivel de pH recomendado para piscinas y spa es de 7,2 a 7,8

PRUEBA DE NIVEL DE CLORO (Nivel recomendado 1,2 ~ 1,7 ppm)

- 1.Coloque la aguja en su "punto de ajuste".
- 2.Sosteniendo el probador con una mano y las sondas en la otra, inserte las sondas en el agua hasta la banda negra. Espere hasta que la aguja descanse para una mejor lectura del cloro.
- 3.Deja las sondas en el agua.

PRUEBA DE NIVEL DE PH (Nivel 7,2 ~ 7,8)

- 1.Con las sondas aún en el agua, gire la rueda hasta "pH" hasta que haga clic (la batería debe apagarse para leer el pH).
- 2.Espere hasta que la aguja descanse sobre la lectura del pH.
- 3.Seque suavemente las sondas e insértelas en el soporte en el costado del probador para guardarlas.

USO: Antes de utilizar este probador por primera vez, debe ajustarlo para que coincida con el agua de su piscina o spa con la siguiente secuencia:

- 1.Pruébe el agua de su piscina o spa utilizando con un kit de prueba de líquidos convencional
- 2.Ajuste y registre el nivel de lectura del cloro con el equipo según lo necesita. (registra punto de ajuste)
3. No se requiere ajuste para el pH.



PESO Y TAMAÑO

- Dimensión del equipo: 190x120mm
- peso: 296g
- Tamaño de cable 1000mm
- Tamaño de sonda 48mm
- Tamaño de sonda con mango 150mm

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x Probador de la Calidad Del Agua.
- 1 x Manual de Inglés

RPC : 992033862 - 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Las Guindas 132 Urb. Tayacaja - El Agustino



GRUPO C&M

CEL : 992033492-947395984

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Las Guindas 132 Urb. Tayacaja El Agustino

Web: www.grupocym.pe